

オムロン電子体温計 けんおんくん MC-100 取扱説明書

このたびは、オムロンの電子体温計をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みになり、正しくお使いください。
お読みいただきました後も大切に保存しておいてください。

安全上のご注意

- ※ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ※ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、「危険」「警告」「注意」の3つに区分しています。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

絵表示の例

	△ 記号は、危険・警告・注意を促す内容があることを告げるものです。
	⊘ 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。
	● 記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。


誤った取り扱いをすると人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

	警告	● 小さなお子さまが電池カバー部をなめたり、いじったりしないようご注意ください。息がつまったり、体調悪化の恐れがあります。万一飲みこんだ場合、ただちに医師と相談してください。	
--	-----------	---	--

特 長

- 操作はスイッチを押すだけ、温度表示は大きく見やすいデジタル式です。
- 0.1℃単位の表示で検温ができます。
- 電池1個で約3年間使えます。(毎日10分間使用の場合)
- 抗菌樹脂使用
本体部には、人体に安全な抗菌樹脂を使用しております。
抗菌樹脂による抗菌作用は本体に付着したカビやバクテリアなどの細菌の増殖を抑制するものです。
「お手入れ上の注意」をよく読んでご使用ください。

各部の名称と機能



使用 方 法

①電源スイッチを押してください。



②電源スイッチを離すと約2秒間、左図の表示がでます。(これは体温表示部に故障がないことを示しています。)




③続いて2秒間、左図の表示がでます。表示値が37.0±0.1℃であれば本機は正しく動いています。



④続いて左図の表示がでて、℃が点滅します。(周囲温度が32℃以上の場合は周囲温度が表示されます。)



⑤感温部を腋下(または舌下)に挿入し、密着させます。



⑥L℃表示から温度表示に変わり、次第に上昇してきます。測定中は℃マークが点滅します。



⑦ほとんど温度変化がなくなると(0.02℃/8秒以下になると)、℃マークは点灯に変わります。



⑧感温部を腋下(または舌下)から取り出します。このとき、数字は表示されたままで、消えることはありません。

⑨測定が終了しましたら、電源スイッチを押して電源を切ります。(電源を切り忘れたときでも、約30分後に自動的に電源が切れます。)


※続けて検温する場合は、いったん電源スイッチを押して電源を切り、再び最初からお始めください。

体温の正しい測り方

●体温の測り方

体温を測る場合、いつも同一の部位、一定時間で検温してください。

舌下の場合：検温前に5分間ほど口を閉じたのち、**感温部を舌の裏側のつけ根に入れ**、舌で密着させ、口を閉じてください。



腋下の場合：検温前は腋の下を汗をよくふき、腋を5分間ほど閉じたのち、**くぼみ部に感温部を押しあて**、図のように腕を組み、しっかりと密着させてください。



●舌下の方が短時間で検温できます。


本機の温度測定時間は秒単位ですが、舌下や腋下の皮膚温が体温まで上昇するのに時間が必要です。検温時間は個人差があるため、一律には決められませんが、温度上昇の速い人では、舌下約3分、腋下約5分で平衡温から0.2～0.3℃低い値に達します。(この時のめやすの温度をオムロンでは実用温と呼んでいます。)

平衡温を測るには舌下で5分、腋下で10分以上かけてください。

※舌下と腋下では体温に0.2～0.5℃の差があります。

●検温場所で差があります。

舌下、腋下でも各部位には温度差があり、得られる数値は微妙に異なります。正確な検温のためには、いつも温度の最も高いところで測ってください。



●検温上大切なことは...

※運動、入浴、食事のあとは、体温が高くなっていますので、30分間ほどは検温を避けてください。

※水を飲んだり、おしゃべりをしたあとの舌下検温、また検温途中での本体の取り出しは、いずれも感温部と接触している皮膚温が低くなり、検温時間が長びきます。これは、検温場所での皮膚間の保温効果が低下することによるものですので、ご注意ください。

品質保証書

このたびは、オムロン健康機器をお買い求めいただき、ありがとうございます。本機は厳重な検査を行い高い品質を確保いたしております。しかし通常のご使用において、万が一不具合が発生しましたときは、保証規定(裏面に記載)により、お買い上げ後一年間は、無償修理いたします。

※本機の保証は、日本国内での使用に限ります。

※以下につきましては、必ず販売店にて、記入捺印していただください。

品名	オムロン電子体温計けんおんくん	お買い上げ店名	
形式	MC-100	住所	
ご芳名		Tel. ()	
ご住所		お買い上げ年月日	年 月 日
Tel. ()			


発売元

オムロン株式会社 健康統轄事業部
〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-4-10 TEL.03(3436)7092



表示マークの説明

①32.0℃未満のとき。



②42.0℃を超えるとき。



③電池がありません。



検温ができないときは……

現象	チェック項目
電源スイッチを押しても表示部が点灯しない。	●電池が消耗していませんか。 ●電池が正しく入っていますか。
体温が正常に表示されない。	●舌下又は腋下に感温部が密着してはさまれていますか。

※上記の方法でも、検温が正常にできない場合は、内部機構をさわらずにお買い上げの販売店へご相談ください。

電池の取り扱い方法

- 電池はすでにセットされています。毎日10分間の使用で、約3年間使用できます。(なお、本機に入っている最初の電池はモニター用ですので、3年以内に切れることもあります。)
- 「」マークがでたら、新しい電池と交換してください。百貨店・電気店・時計店で電池LR41(またはSR41)タイプをお買い求めください。

電池交換

①プラスドライバーで電池カバーのねじをはずし電池カバーを取ってください。	②つまようじなどをご使用のうえ、こじあけるようにして電池をはずしてください。(ピンセットなど金属類は使用しないでください。)	③電池は＋の表裏に気をつけてセットしてください。
--------------------------------------	--	--------------------------

- 電池を取りつけた時、誤表示することがありますが、電源スイッチを押し直せば、正しい表示になります。
- 不用の電池は正しく処分してください。万一、幼児が飲みこんだ時は、ただちに医師にご相談ください。

取り扱い上の注意

下記のような使用は故障の原因となります。

	●お子様が電池カバー部分をなめたりいじったりしないようご注意ください。		●表示部、電源スイッチあるいは電池カバーから、水滴や唾液などが入らないようご注意ください。
	●本体を曲げたり、落としたりしないでください。また絶対に分解しないでください。		●体温以外は測定しないでください。 ●また、火気や熱気のあるそばで使用しないでください。
	●感温部などを噛まないでください。		●高温や直射日光の当たるところ、湿気の多いところ、ホコリの多いところなどの保管は避けてください。

	●感温部を消毒する場合には、脱脂綿に消毒用アルコールを浸み込ませて軽く拭いてください。感温部を長時間アルコールに浸漬したり、熱湯(50℃を超える湯)で消毒しないでください。		●汚れがひどい場合中性洗剤を含ませた布で汚れを落とした後、洗剤をよく洗い流してください。シンナーやベンジンなどは絶対使わないでください。
	●ご使用後は必ずティッシュなどでふいて付属のケースにいれて保管してください。		

まめちしき

本当に正確な体温を測りたい!

●個人差はありますが……

体温平均値は、36.9℃(大人の場合)。

(36.6℃から37.2℃の間にある人が、全体の7割を超えています。)



水銀計による腋下30分検温—吉利和博士(前東京大学教授)の調査。

●平衡温って?

温度の上昇カーブがなくなり、一定になったときの測定温度が「平衡温」。これに達するまでに腋下で10分以上、舌下で5分以上かかります。

●実測式電子体温計は水銀体温計と精度は同じ

実測式電子体温計は、水銀体温計と同様に体温の上昇カーブをそのまま読み取る方式で、精度についても水銀体温計と同じです。



仕 様

電源電圧	DC1.5V(アルカリマンガン電池LR41またはSR41タイプ1個)	測定範囲	32.0~42.0℃
消費電力	0.05mW	質 量	約11g(電池含む)
電池寿命	連続使用で300時間以上(1日10分間使用で約3年)	外形寸法	長さ130×幅17.0×厚さ10.0mm
感温部	サーミスタ	付属品	収納ケース、取扱説明書(保証書付)、アルカリマンガン電池LR41タイプ1個(本体に内蔵)
体温表示	3桁+℃ 表示0.1℃ごと	別売品	舌下用プローブ・カバーEタイプ(100枚入)¥500
測定精度	±0.1℃(標準室温22℃にて)		

※精度とは、恒温(水)槽を用いて測定したときの表示温度の基準温度に対する誤差です。
※お断りなく仕様を変更することがありますので、ご了承ください。

保証規定

- 取扱説明書にしたがった正常な使用状態で故障した場合には、無償修理いたします。
- 無償修理期間内に故障して修理を受ける場合は、商品に本書を添えてお買い上げの販売店、オムロン株式の支店またはオムロンフィールドエンジニアリング株式のネットワークに依頼または送付してください。なお、送付の場合はオムロン株式の支店またはオムロンフィールドエンジニアリング株式までの送料の負担をお願いします。
- 無償修理期間中でも次の場合には有償修理になります。
(イ)使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
(ロ)お買い上げ後の落下等などによる故障および損傷。
(ハ)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地災、公害や電源の異常電圧による故障および損傷。
- (ニ)本書の提示がない場合。
(ホ)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合。
(ヘ)あるいは字句を書き換えられた場合。
(ト)故障の原因が本製品以外に起因する場合。
4. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
5. この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

商品の使い方に関する問い合わせは
**オムロン健康相談室が
お答えします。**

(全国どこからでも下記のフリーダイヤルへ)

0120-30-6606

ダイヤルは正確に

受付時間

10:00~12:00/13:00~16:00(月~金)

商品が故障した場合はオムロンフィールドエンジニアリング株式へご相談ください。

OMRON

発売元

オムロン株式会社 健康統括事業部
〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-4-10
TEL 03(3436) 7092

製造元

キタノ製作株式会社
富山県富山市牛島本町1-4-64

商品の故障および修理の依頼につきましては、オムロンフィールドエンジニアリング株式にお問い合わせ下さい。

オムロンフィールドエンジニアリング株式会社のネットワーク

オムロンフィールドエンジニアリング北海道株式会社 札幌支店 〒060-0003 札幌市中央区北3条西1-1 サンメモリア6階	TEL 011(281) 5125
オムロンフィールドエンジニアリング株式会社 仙台支店 〒980-0802 仙台市青葉区二丁目18-26 二丁目OAEビル3階	TEL 022(261) 7054
北関東支店 〒336-0007 埼玉県浦和市神宮寺1-14-8 三井生命浦和ビル2階	TEL 048(833) 7911
東京第1支店 〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-19-15 ワンサワ恵比寿ビル2階	TEL 03(3448) 8104
日本橋テクノセンター 〒101-0035 千代田区神田錦町8番地 アセント神田錦町ビル7階	TEL 03(5296) 1760
横浜テクノセンター 〒221-0835 横浜市神奈川区鶴屋町2-21-8 第一安ビル2階	TEL 045(312) 1523
静岡テクノセンター 〒420-0859 静岡市栄町4-10 静岡栄町ビル2階	TEL 054(254) 3718
名古屋支店 〒460-0002 名古屋市中区丸の内3-22-21 安田火災名古屋ビル7階	TEL 052(962) 3281
金沢支店 〒920-0025 金沢市駅西本町1-14-29 サン金ビル1階	TEL 0762(61) 5467
京都第1支店 〒604-8141 京都市中京区錦裏通高倉西入ル京正寺町334 日昇ビル1階	TEL 075(255) 9909
大阪第1支店 〒530-0004 大阪市中央区堂島浜2-1-9 古河大阪ビル西館	TEL 06 (348) 1814
神戸テクノセンター 〒651-0088 神戸市中央区小野浜通3-2-22 富士火災神戸ビル5階	TEL 078(242) 8268
広島支店 〒730-0016 広島市中区福町13-14 新広島ビル5階	TEL 082(227) 1573
オムロンフィールドエンジニアリング九州株式会社 福岡第1支店 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-5-28 博多徳成ビル3階	TEL 092(451) 6837
鹿児島支店 〒890-0064 鹿児島市鶴巻町5-6 鹿児島県プロパティス金館4階	TEL 098(252) 7674

※所在地・電話番号を予告なく変更することがありますので、ご了承ください。 医療用具許可番号 富用第37号